Escobillones para virus

Con medio de transporte líquido
Compatibles con pruebas de PCR

Medio específicamente formulado para el transporte de virus y su conservación durante el transporte desde la toma de muestra al laboratorio.

Fabricados en sala blanca y **esterilizados por irradiación**. Caducidad: 18 meses a partir del día de esterilización. Puede suministrarse certificado de esterilización mediante solicitud.

Tubo estéril con faldón (self standing) que contiene 2 mL de medio de transporte para virus (VTM) y un tapón en color malva que cierra el tubo.

Escobillón para toma de **muestra nasofaríngea** con vástago de poliestireno flexible con muesca de ruptura y cabezal de poliéster flocado.

Etiqueta con espacios predeterminados para indicar: nombre y género del paciente, fecha y hora de la toma de muestra, número de identificación o historial, doctor, naturaleza de la muestra, y nombre del hospital o procedencia. Se indican, además, la fecha de caducidad, el número de lote, la descripción del producto y su marca.

Peel-pack plástico que preserva la esterilidad del conjunto hasta el momento de uso. En él están impresos el número de lote, la fecha de caducidad, el código, descripción, marca del producto e instrucciones de uso. Incorpora un pequeño corte en la parte superior para facilitar la apertura.

Los escobillones destinados a la toma de muestras biológicas en contacto con la piel del paciente u heridas abiertas son fabricados según las normas ISO 9001 e ISO 13485, asimismo ostentan el **marcado CE** que los certifica como aptos para su libre venta en todos los países de la Unión Europea. Puede suministrarse copia de los tres certificados mediante solicitud.

El medio de ransporte y preservación está indicado para el transporte de muestras nasales, nasofaríngeas y las procedentes de lesiones oculares, dérmicas o de mucosas y mantiene viables a muchos tipos de virus durante períodos de tiempo superiores a las 96 horas.

Además incluye antibióticos que inhiben a las bacterias Gram positivas, Gram negativas y a los hongos. Está fabricado en fase líquida para facilitar tanto el cultivo en líneas celulares como la adaptación a técnicas NAT (PCR).

Normativas y regulaciones

Directiva 98/79/CE Producto Sanitario para el Diagnóstico in Vitro (IVD). Directiva 93/42/CEE Productos Sanitarios (MDD) CE

IVD STERILE R

Normas relativas al Sistema de Calidad y/o al producto:
• UNE EN ISO 9001 de Sistemas de Gestión de la Calidad.
• UNE EN ISO 13485 de Productos Sanitarios - Sistemas de Gestión de la Calidad.
• UNE EN ISO 14971 Gestión de Riesgos de Productos Sanitarios.
• UNE EN ISO 15223-1 Productos sanitarios. Símbolos a utilizar en las etiquetas, el etiquetado y la información a suministrar. Parte 1: requisitos generales.

Instrucciones de uso

1. Abrir el peel-pack.

2. Extraer el escobillón.

3. Tomar la muestra con el escobillón. Cortar por la muesca de ruptura.

4. Introducirlo en el tubo que incorpora el medio de transporte después de haber quitado el tapón de seguridad.

5. Transportar al laboratorio.



longitud	diámetro tubo	diámetro tapón
82,6 mm	13 mm	16,6 mm

código	descripción	modelo escobillón	punto rotura	cantidad caja
GC304304	2 ml medio virus + escobillón flocado nasofaríngeo	nasofaríngeo	100 mm	100